

ACREDITACIÓN

D-124

2017-10-09
Revisión: 03

Servicio de Calibración o Medición			Intervalo o punto de medida	Incertidumbre expandida de medida				Observaciones
Magnitud	Instrumento de medida	Método de medida		Valor numérico de la unidad	unidad de medida	Contribución del laboratorio	¿Inc.relativa o absoluta?	
Longitud	Nivel óptico	Medición directa	Amplificaciones desde 3X hasta 42X	0.15	mm	0.15	absoluta	En instalaciones del laboratorio
Ángulo	Teodolito o estación total	Medición directa	Desviación estándar experimental. Alcance de (0 a 360)* Resolución 0.1"	eje horizontal = 5.8 eje vertical = 5.8	" de arco	eje horizontal = 5.8 eje vertical = 5.8	absoluta	En instalaciones del laboratorio

Lo anterior por conducto de los signatarios autorizados siguientes:

[Haga click aquí para ver tabla completa](#)

Miguel Moreno Jasqui
Neftalí Pavel Montes de Oca Cortés
Rodrigo Andrei Álvarez Noguez